

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez egy körkötéssel készült, a könyökre nyomást kifejtő pelottákkal ellátott orvostechnikai eszköz

Javallatok

Krónikus poszttraumás vagy posztoperatív lágyrész-irritáció a könyökízület területén, epicondylitis, tendomyopathia.

Ellenjavallatok

Trombózisveszély, súlyos varikózis, perifériás artériás elzáródás (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész-duzzanat a segédeszköztől távolabb, a kezelt testrész érzékszervi és keringési zavarai, bőrbetegségek a kezelt testrészben.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések


Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.


- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsibbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje

- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható
- ez az orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretelhetik az anyagot

Felhelyezés

Helyezze fel a rögzítőt az érintett könyökre, úgy, hogy a könnyített kötés a könyökhajlatra kerüljön. Akkor van megfelelően felhelyezve, amikor kívülről és belülről is érezhetően nyomást fejt ki az ízületre.

 abilo heveder easyClick rendszerrel a betétnyomás egyéni beállításához: 1 és 3 rögzítőmodul, 2 tartómodul, 4 beállító modul. A beállítómodul 4 mozgásával egyéniel állítsa be a pelottanyomást.

 amikor megkapja a teniszkönyök bandázst, a Stabilo hevedermodul 1 a tartómodulra 2 van rögzítve. Vezesse a pántot körbe az alkaron, enyhe feszítés mellett. Zárja le a hevedert úgy, hogy a modult (3) a beállító modulhoz (4) rögzíti. Ügyeljen az eszköz kényelmes illeszkedésére, ne legyen túl laza sem túl szoros.

Ha az easyClick rendszerrel ellátott Stabilo hevederre nincs szükség, a tartómodul (2) kivehető a velúr táskából

Eltávolítás

A Stabilo heveder kinyitása után fogja meg az ortézis alsó szélét, és csúsztassa le az alkarról, a kéz fej irányában

Anyagösszetétel

Poliamid (PA), elasztán (EL), szilikon (SI)

A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetételt.

Tisztítási információk



Kímélő mosás. Fehérités, szárítógépben szárítás, vasalás, vegytisztítás tilos. Ne használjon öblítőt. Nyújtsa vissza az eredeti formába, és szárítsa meg a friss levegőn.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényvel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 12.2019



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

